

SE Produktinformation

Läs detta först

I den här broschyren får du information om hur du använder och underhåller din nya Externa Mikrofon. Läs igenom den här broschyren noggrant, inklusive avsnittet **Varningar.** Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din audionom.

Om BE9199-P02 Extern Mikrofon

Avsett syfte
Det avsedda syftet med Visit varseblivningssystemet är att varna döva och hörselskadade personer om viktiga signaler i hemmet.

Avsedd användargrupp
Den avsedda användargruppen består av personer i alla åldrar med mild till svår hörselnedsättning eller dövhet som behöver ljud-, syn- eller känselförstärkning.

Avsedd användare
Den avsedda användaren är en person med mild till svår hörselnedsättning eller dövhet.

Funktionsprincip
Visit varseblivningssystemet består av en uppsättning trådlöst anslutna sändare och mottagare som är placerade i hela hemmet. När en sändare upptäcker en aktivitet signalerar den till Visit Blixtmottagaren som varnar användaren med ljud, blixtar eller vibrationer. För att kunna använda systemet behöver du minst en sändare och en mottagare.

⚠ Visit varseblivningssystem återställer inte normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte en hörselnedsättning eller dövhet till följd av organiska tillstånd.

Allmänna varningar

Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet, hantering och driftsförhållanden. Behåll denna broschyr för framtida bruk. Om du bara installerar enheten måste denna broschyr ges till hushållsägaren.

⚠ Varningar för faror

- Om du inte följer dessa säkerhetsanvisningar kan det leda till brand, elektriska stötar eller andra personskador eller skador på enheten eller annan egendom.
- Förvara enheten oåtkomligt för barn under 3 år.
- Använd eller förvara inte enheten i närheten av värmekällor som öppen eld, element, ugnar eller andra enheter som alstrar värme.
- Ta inte isär enheten, det finns risk för elektriska stötar. Om enheten manipuleras eller demonteras upphör garantin att gälla.
- Den här enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Utsätt inte enheten för fukt.
- Skydda enheten från stötar under förvaring och transport.
- Gör inga ändringar eller modifieringar på denna enhet. Använd endast original Bellman & Symfon tillbehör för att undvika elektriska stötar.
- Skydda kablarna från alla potentiella skadekällor.

ⓘ Information om produktsäkerhet

- Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på enheten och göra garantin ogiltig.
- Använd inte enheten i områden där elektronisk utrustning är förbjuden.
- Enheten får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad.
- Om en allvarlig incident inträffar i samband med den här enheten ska du kontakta tillverkaren och relevant myndighet.
- Om du stöter på andra problem med din enhet, kontakta inköpsstället, ditt lokala Bellman & Symfon-kontor eller tillverkaren. Besök **bellman.com** för kontaktinformation.
- Tappa inte enheten. Den kan skadas om den tappas på en hård yta.

Driftförhållanden

Använd enheten i en torr miljö inom de temperatur- och fuktighetsgränser som anges i den här broschyren. Om enheten blir våt eller utsätts för fukt ska den inte längre betraktas som tillförlitlig och bör därför bytas ut.

Rengöring

Koppla bort alla kablar innan du rengör enheten. Använd en mjuk, luddfri trasa. Undvik att få in fukt i öppningar. Använd inte hushållsrengöringsmedel, aerosolsprayer, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel. Den här enheten kräver inte sterilisering.

Service och support

Om enheten verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska ska du följa anvisningarna i användarhandboken och den här broschyren. Om produkten fortfarande inte fungerar som avsett kontaktar du din lokala audionom för information om service och garanti.

Villkor för garantin

Bellman & Symfon garanterar denna produkt under sex (6) månader från inköpsdatum mot eventuella defekter som beror på felaktigt material eller utförande. Denna garanti gäller endast under normala användnings- och serviceförhållanden och omfattar inte skador till följd av olyckshändelse, försummelse, felaktig användning, obehörig demontering eller kontaminering, oavsett orsak. Denna garanti omfattar inte oförutsedda skador eller följdskador. Garantin omfattar inte heller naturkatastrofer som brand, översvämning, orkaner och tornados. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på territorium. Vissa länder eller jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av tillfälliga skador eller följdskador, eller begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Denna garanti är ett tillägg till dina lagstadgade rättigheter som konsument. Ovanstående garanti får inte ändras annat än skriftligen och undertecknat av båda parter.

Symbol explanation

MD	Indikerar att enheten är en medicinteknisk produkt.
UDI	Indikerar en bärare som innehåller unik identifieringsinformation för enheten.
	Indikerar att produkten inte får kasseras som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återanvändning.
SN	Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras.
REF	Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska enheten kan identifieras.
	Anger tillverkaren av den medicintekniska enheten.
	Denna symbol indikerar att användaren måste läsa bruksanvisningen.
⚠	Denna symbol indikerar att försiktighet krävs vid användning av enheten eller kontrollenheten nära den plats där symbolen är placerad, eller att den aktuella situationen kräver att användaren är medveten om eller vidtar åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser.
ⓘ	För att identifiera en plats där information kan hittas, särskilt i en nödsituation.
	Anger de temperaturgränser som den medicintekniska enheten kan utsättas för på ett säkert sätt.
%	Anger det luftfuktighetsintervall som den medicintekniska enheten kan exponeras för på ett säkert sätt.

Information om överensstämmelse

Härmed försäkrar Bellman & Symfon att denna produkt i Europa överensstämmer med de väsentliga kraven i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse kan erhållas från Bellman & Symfons webbplats **bellman.com**.

Tekniska specifikationer

Vikt	15 g
Mått	33×36×4 mm
Färg	Vit
Kabellängd	2,5 m
Anslutning	3,5 mm monokontakt
Mikrofontyp	Piezoelektrisk
Användning	Temp: 0° till 35° C Luftfuktighet: 15% – 90%, icke-kondenserande
Konfiguration	Avsedd för BE1411-868 Visit Dörrsändare
I lådan	BE9199-P02 Extern Mikrofon

ⓘ För detaljerad produktinformation, se motsvarande användarmanual.

UKRP
Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warmington,
Peterborough, PE8 6UT, UK

CH REP
Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone: +46 31 68 28 20
E-mail: info@bellman.com
bellman.com

Revision: BE9199_016MAN1.0
Date of issue: 2025-03-24
© 2025 Bellman & Symfon AB.
All rights reserved.